

平成30年度 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部 局 名 等	点 検 日	内 容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	平成30年7月9日～7月11日 平成31年1月17日～1月21日	実験室壁のヘアクラックの補修、天井と壁の隙間のパテ充填補修
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成30年6月21日 平成30年7月24日 平成30年9月1日～9月30日 平成31年3月1日～3月31日	排水トラップの破損修理(1カ所) 給排気装置のファンベルト・ベアリングの交換
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成30年6月11日、14日、18日、20～21日、26～29日 平成30年12月10日、 平成31年1月4日、21日、25日	異常なし
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成30年9月25日 平成31年3月26日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成30年7月11日～7月19日、 平成31年1月5日～1月16日	標識の退色のため、補修塗装あるいは交換を行った。
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成30年9月10日～20日 平成31年3月4日～6日	ナノ棟貯留槽1の排水弁が不調のため、排水がきわめて遅くなり修理を施した。大阪北部地震のため、窓枠や壁などに多くの亀裂が見られるので、修理を手配中である。
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成30年6月18日、7月9日 平成31年1月7日～11日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成30年8月20日～27日 平成31年2月12日～19日	異常なし
レーザー科学研究所放射性同位元素等使用施設	平成30年4月9日～13日 平成30年6月18日 平成30年10月9日～12日	平成30年6月18日の大阪北部地震発生後の点検では、ペレット棟4Fの窓ガラスに亀裂を発見した。当該ガラスは交換済み。その他の異常は無かった。
放射線科学基盤機構 附属ラジオアイソトープ総合センター (吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成30年5月28日～6月7日 平成30年11月27日～12月6日	異常なし