別紙６

（調査票１）

遺伝子組換え施設に係る年次報告

<table>
<tr><td rowspan="6">安全委員会に関する事項</td><td>委員長</td><td colspan="3">（所属）大阪大学大学院医学系研究科
（氏名）上田　啓次</td></tr>
<tr><td>安全主任者</td><td colspan="3">（所属）大阪大学大学院歯学研究科
（氏名）野田　健司</td></tr>
<tr><td>委員数</td><td colspan="3">３２　人</td></tr>
<tr><td rowspan="8">開催日と主な内容</td><td>開催日</td><td>出席者数</td><td>主な議題</td></tr>
<tr><td>① 5/10</td><td>24 名</td><td>遺伝子組換え実験計画申請書について</td></tr>
<tr><td>② 7/12</td><td>26 名</td><td>遺伝子組換え実験計画申請書について</td></tr>
<tr><td>③ 9/13</td><td>22 名</td><td>遺伝子組換え実験計画申請書について</td></tr>
<tr><td>④ 10/4</td><td>書面審議</td><td>ヒューマン・メタバース疾患研究拠点と吹田市との協定書の締結について</td></tr>
<tr><td>⑤ 11/8</td><td>25 名</td><td>遺伝子組換え実験計画申請書について</td></tr>
<tr><td>⑥ 1/10</td><td>27 名</td><td>遺伝子組換え実験計画申請書について</td></tr>
<tr><td>⑦ 3/13</td><td>26 名</td><td>遺伝子組換え実験計画申請書について</td></tr>
<tr><td>大臣確認の件数</td><td>21　件</td><td>機関内確認の件数</td><td>147　件</td></tr>
<tr><td rowspan="4">区分ごとの実験実施件数</td><td>Ｐ１レベル
（P1A,P1P を含む。）</td><td>38 件</td><td>特飼・特網</td><td>0 件</td></tr>
<tr><td>Ｐ２レベル
（P2A,P2P を含む。）</td><td>39 件</td><td>その他
（　　）</td><td>0 件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ｐ３レベル
（P3A,P3P を含む。）</td><td rowspan="2">0 件</td><td colspan="2">Ｐ３レベルの組換え体の保存・譲渡の状況
有・無</td></tr>
<tr><td>（有の場合）
保存　　件</td><td>（有の場合）
譲渡　　件</td></tr>
<tr><td>実験排気に係る点検等の状況</td><td>安全キャビネットの点検
有・無</td><td>点検日
2023/7/7、7/10、7/12、7/25、9/29、10/2、10/10、10/12、10/13、10/23、10/25、10/26、10/27、10/30、11/2、11/9</td><td>安全キャビネット又は排気ダクトのフィルター交換
有・無</td><td>交換日</td></tr>
</table>

（調査票２）

<table>
<tr><td rowspan="3">実験排水に係る処理状況</td><td colspan="3">消毒・殺菌等に係る薬品名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</td><td colspan="3">年間使用量
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td rowspan="3">廃棄物処理に関する事項</td><td rowspan="2">高圧滅菌処理の状況</td><td colspan="2">使用状況</td><td colspan="3">平均　3.1 回/週・月
（どちらかに○印）</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用記録の有無</td><td colspan="3">有・無</td></tr>
<tr><td>実験動物の処理状況</td><td colspan="5">有・無
有の場合　年間　約　1126.2　kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教育、訓練、研修等の実施状況</td><td>有・無</td><td>実施日</td><td>参加者数</td><td colspan="3">内容</td></tr>
<tr><td></td><td>2023/4/1～2024/3/31 (e-larning 又は講義)
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿</td><td>310 名
＿＿＿＿名
＿＿＿＿名</td><td colspan="3">・吹田市改正条例について
・遺伝子組換え実験の概要と関連法規（カルタヘナ議定書等）
・実験の区分と封じ込め方法
・施設及び設備についての説明
・実験計画の申請についての説明
・実験に使用した器具や試料の適切な廃棄方法
・遺伝子組換え実験動物の運搬方法、拡散防止策　等</td></tr>
<tr><td rowspan="4">その他環境安全の確保に関する事項</td><td>設備の故障及び修繕</td><td colspan="5">有・無
有の場合（　扉の鍵の故障および修繕　）</td></tr>
<tr><td>実験従事者の健康診断の実施状況
有・無</td><td>実施日
2023/4/1～2024/3/31</td><td colspan="4">参加者数
（教職員）462 名
（学生）　473 名</td></tr>
<tr><td>年度内に講じた環境安全の確保のための措置</td><td colspan="5">有・無
（内容）
安全衛生管理室の定期巡視（4 回／月）
消防用設備点検（2 回／年）防火対象物の点検（1 回／年）</td></tr>
<tr><td>環境安全の確保に関する今後の予定</td><td colspan="5">有・無
（内容）
実験用機器の定期自主点検</td></tr>
</table>