別紙６

（調査票１）

# 遺伝子組換え施設に係る年次報告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全委員会に関する事項 | 委員長 | （所属）大阪大学大学院医学系研究科<br>（氏名）上田　啓次 | | | |
| | 安全主任者 | （所属）大阪大学微生物病研究所<br>（氏名）小林　剛 | | | |
| | 委員数 | ３２　人 | | | |
| | 開催日と主な内容 | 開催日 | 出席者数 | 主な議題 | |
| | | ① 5/10 | 24 名 | 遺伝子組換え実験計画申請書について | |
| | | ② 7/12 | 26 名 | 遺伝子組換え実験計画申請書について | |
| | | ③ 9/13 | 22 名 | 遺伝子組換え実験計画申請書について | |
| | | ④ 10/4 | 書面審議 | ヒューマン・メタバース疾患研究拠点と吹田市との協定書の締結について | |
| | | ⑤ 11/8 | 25 名 | 遺伝子組換え実験計画申請書について | |
| | | ⑥ 1/10 | 27 名 | 遺伝子組換え実験計画申請書について | |
| | | ⑦ 3/13 | 26 名 | 遺伝子組換え実験計画申請書について | |
| | 大臣確認の件数 | 21　件 | | 機関内確認の件数 | 147　件 |
| 区分ごとの実験実施件数 | Ｐ１レベル<br>（P1A,P1P を含む。） | 16 件 | | 特飼・特網 | 0 件 |
| | Ｐ２レベル<br>（P2A,P2P を含む。） | 92 件 | | その他<br>（　　） | 0 件 |
| | Ｐ３レベル<br>（P3A,P3P を含む。） | 29 件 | | Ｐ３レベルの組換え体の保存・譲渡の状況<br>㊒・無 | |
| | | | | （有の場合）<br>保存　28 件 | （有の場合）<br>譲渡　1 件 |
| 実験排気に係る点検等の状況 | 安全キャビネットの点検<br>㊒・無 | 点検日<br>9/6,10/20,11/8,<br>11/27,11/29,<br>11/30,12/1,12/8,<br>12/21,1/5,1/22,<br>2/1,2/13,2/29,<br>3/1,3/4,3/5,3/8,<br>3/13,3/15,3/18,<br>3/27 | | 安全キャビネット又は排気ダクトのフィルター交換<br>㊒・無 | 交換日<br>1/15 |

（調査票２）

<table>
<tr><td rowspan="2">実験排水に係る処理状況</td><td colspan="2">消毒・殺菌等に係る薬品名<br>次亜塩素酸ソーダ</td><td colspan="3">年間使用量<br>6,800g<br>（微生物病研究所・免疫学ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｾﾝﾀｰの合算）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">廃棄物処理に関する事項</td><td rowspan="2">高圧滅菌処理の状況</td><td>使用状況</td><td colspan="3">平均　8.3　回/㊐週・月<br>（どちらかに○印）</td></tr>
<tr><td>使用記録の有無</td><td colspan="3">㊐有・無</td></tr>
<tr><td>実験動物の処理状況</td><td colspan="4">㊐有・無<br>有の場合　年間　約　5,040　kg</td></tr>
<tr><td rowspan="3">教育、訓練、研修等の実施状況</td><td rowspan="3">㊐有・無</td><td>実施日</td><td>参加者数</td><td colspan="2">内容</td></tr>
<tr><td>4/10～3/31<br>―<br>―</td><td>420 名<br>名<br>名</td><td colspan="2">e-learning による教育訓練<br>・実験を行うにあたっての心得・留意事項<br>・各実験に関する届出書について</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">その他環境安全の確保に関する事項</td><td>設備の故障及び修繕</td><td colspan="4">有・㊙無<br>有の場合（　　）</td></tr>
<tr><td>実験従事者の健康診断の実施状況<br>㊐有・無</td><td>実施日<br>5 月,7 月,<br>11 月,1 月<br>―</td><td>参加者数<br>256 名<br>名<br>名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度内に講じた環境安全の確保のための措置</td><td colspan="4">㊐有・無<br>（内容）<br>安全衛生管理部の定期巡視（一般巡視：週１回、入室巡視：月１回）、防災管理点検</td></tr>
<tr><td>環境安全の確保に関する今後の予定</td><td colspan="4">有・㊙無<br>（内容）</td></tr>
</table>

別紙６

（調査票１：阪大微生物病研究会）

# 遺伝子組換え施設に係る年次報告

<table>
<tr><td rowspan="5">安全委員会に関する事項</td><td>委員長</td><td colspan="4">（所属）一般財団法人阪大微生物病研究会<br>次世代ワクチン開発研究センター<br><br>（氏名）竹河　志郎</td></tr>
<tr><td>安全主任者</td><td colspan="4">（所属）一般財団法人阪大微生物病研究会<br>次世代ワクチン開発研究センター<br><br>（氏名）竹河　志郎</td></tr>
<tr><td>委員数</td><td colspan="4">6　　人</td></tr>
<tr><td>開催日と主な内容</td><td colspan="4"><table><tr><td>開催日</td><td>出席者</td><td>主な議題</td></tr><tr><td>①8/29</td><td>6 名</td><td>新規遺伝子組換え実験 No.GR2301</td></tr><tr><td>②12/21</td><td>6 名</td><td>新規遺伝子組換え実験 No.GR2302</td></tr><tr><td>③12/25</td><td>6 名</td><td>新規遺伝子組換え実験 No.GR2303</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>大臣確認の件数</td><td colspan="2">2　件</td><td>機関内確認の件数</td><td>1　件</td></tr>
<tr><td rowspan="5">区分ごとの実験実施件数</td><td>Ｐ１レベル<br>（P1A,P1P を含む。）</td><td>0　件</td><td>特飼・特網</td><td>0　件</td></tr>
<tr><td>Ｐ２レベル<br>（P2A,P2P を含む。）</td><td>13　件</td><td>その他<br>（　　）</td><td>0　件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ｐ３レベル<br>（P3A,P3P を含む。）</td><td rowspan="2">2　件</td><td colspan="2">Ｐ３レベルの組換え体の保存・譲渡の状況<br><br>㊒・無</td></tr>
<tr><td>（有の場合）<br><br>保存　　2　件</td><td>（有の場合）<br><br>譲渡　　0　件</td></tr>
<tr><td>実験排気に係る点検等の状況</td><td>安全キャビネットの点検<br><br>㊒・無</td><td>点検日<br>2023/6/30・7/1<br>2023/10/11<br>2024/2/28-3/12</td><td>安全キャビネット又は排気ダクトのフィルター交換<br><br>有・㊙</td><td>交換日</td></tr>
</table>

（調査票２：阪大微生物病研究会）

<table>
<tr><td rowspan="4">実験排水に係る処理状況</td><td colspan="2">消毒・殺菌等に係る薬品名<br>次亜塩素酸ソーダ</td><td colspan="3">年間使用量<br>6,800g<br>（微生物病研究所・免疫学ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｾﾝﾀｰの合算）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">廃棄物処理に関する事項</td><td rowspan="2">高圧滅菌処理の状況</td><td>使用状況</td><td colspan="3">平均　6　回/㊐・月<br>（どちらかに○印）</td></tr>
<tr><td>使用記録の有無</td><td colspan="3">㊀・無</td></tr>
<tr><td>実験動物の処理状況</td><td colspan="4">㊀・無<br>有の場合　年間　約　11.9　kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">教育、訓練、研修等の実施状況</td><td rowspan="6">㊀・無</td><td>実施日</td><td>参加者数</td><td colspan="2">内容</td></tr>
<tr><td>5/12-5/31</td><td>44 名</td><td colspan="2">・財団内定期教育訓練</td></tr>
<tr><td>10/31</td><td>1 名</td><td colspan="2">・財団内定期教育訓練</td></tr>
<tr><td>11/13</td><td>1 名</td><td colspan="2">・財団内定期教育訓練</td></tr>
<tr><td>12/18</td><td>1 名</td><td colspan="2">・財団内定期教育訓練</td></tr>
<tr><td>12/28</td><td>1 名</td><td colspan="2">・財団内定期教育訓練</td></tr>
<tr><td rowspan="4">その他環境安全の確保に関する事項</td><td>設備の故障及び修繕</td><td colspan="4">有・㊁<br>有の場合（　　）</td></tr>
<tr><td>実験従事者の健康診断の実施状況<br>㊀・無</td><td>実施日<br>2023/4/20-2024/1/30</td><td colspan="3">参加者数<br>48　名<br>名<br>名</td></tr>
<tr><td>年度内に講じた環境安全の確保のための措置</td><td colspan="4">有・㊁<br>（内容）</td></tr>
<tr><td>環境安全の確保に関する今後の予定</td><td colspan="4">有・㊁<br>（内容）</td></tr>
</table>

別紙６

（調査票１：バイオアカデミア）

# 遺伝子組換え施設に係る年次報告

<table>
<tr><td rowspan="6">安全委員会に関する事項</td><td>委員長</td><td colspan="4">（所属）バイオアカデミア㈱　研究開発部<br>（氏名）品川　日出夫</td></tr>
<tr><td>安全主任者</td><td colspan="4">（所属）バイオアカデミア㈱　研究開発部<br>（氏名）北山　翔太</td></tr>
<tr><td>委員数</td><td colspan="4">5 人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">開催日と主な内容</td><td>開催日</td><td>出席者数</td><td colspan="2">主な議題</td></tr>
<tr><td>R6.1.5</td><td>5 名</td><td colspan="2">遺伝子組換え実験計画の審議</td></tr>
<tr><td>R6.2.9</td><td>5 名</td><td colspan="2">上記遺伝子組換え実験計画の再審議</td></tr>
<tr><td></td><td>名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>大臣確認の件数</td><td colspan="2">0 件</td><td>機関内確認の件数</td><td>2 件</td></tr>
<tr><td rowspan="4">区分ごとの実験実施件数</td><td>Ｐ１レベル<br>（P1A,P1P を含む。）</td><td>8 件</td><td>特飼・特網</td><td>0 件</td></tr>
<tr><td>Ｐ２レベル<br>（P2A,P2P を含む。）</td><td>0 件</td><td>その他<br>（　　）</td><td>0 件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ｐ３レベル<br>（P3A,P3P を含む。）</td><td rowspan="2">0 件</td><td colspan="2">Ｐ３レベルの組換え体の保存・譲渡の状況<br>有・㊡</td></tr>
<tr><td>（有の場合）<br>保存　　件</td><td>（有の場合）<br>譲渡　　件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">実験排気に係る点検等の状況</td><td>安全キャビネットの点検<br>㊤・無</td><td>点検日<br>R5.12.22</td><td>安全キャビネット又は排気ダクトのフィルター交換<br>有・㊡</td><td>交換日</td></tr>
</table>

（調査票２：バイオアカデミア）

<table>
<tr><td rowspan="3">実験排水に係る処理状況</td><td colspan="2">消毒・殺菌等に係る薬品名<br>次亜塩素酸ソーダ</td><td colspan="2">年間使用量<br>6,800g<br>（微生物病研究所・免疫学ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｾﾝﾀｰの合算）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">廃棄物処理に関する事項</td><td rowspan="2">高圧滅菌処理の状況</td><td>使用状況</td><td colspan="2">平均　　1回/㊐・月<br>（どちらかに○印）</td></tr>
<tr><td>使用記録の有無</td><td colspan="2">㊀・無</td></tr>
<tr><td>実験動物の処理状況</td><td colspan="3">有・㊁<br>有の場合　年間　約　　kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教育、訓練、研修等の実施状況</td><td rowspan="2">㊀・無</td><td>実施日<br>R5.4.28<br><br></td><td>参加者数<br>8 名<br>名<br>名</td><td>内容<br>遺伝子組換え安全管理規程、及び研究開発段階における遺伝子組換え生物の第二種使用等の手引き、研究家発等に係る遺伝子組換え生物の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令、省令に基づき認定宿主ベクター系などを定める件をマニュアルとした内容の説明。</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">その他環境安全の確保に関する事項</td><td>設備の故障及び修繕</td><td colspan="3">有・㊁<br>有の場合（　　）</td></tr>
<tr><td>実験従事者の健康診断の実施状況<br>㊀・無</td><td>実施日<br>R5.5.24<br>R5.6.28<br>R6.3.1<br>R6.3.4</td><td colspan="2">参加者数<br>1 名（定期）<br>1 名（定期）<br>1 名（定期）<br>1 名（定期）</td></tr>
<tr><td>年度内に講じた環境安全の確保のための措置</td><td colspan="3">㊀・無<br>（内容）<br>安全衛生管理部の定期巡視<br>高圧滅菌器の点検</td></tr>
<tr><td>環境安全の確保に関する今後の予定</td><td colspan="3">有・㊁<br>（内容）</td></tr>
</table>