

仕様書

供給物品の表示 : ジェットウォッシャー 独国ミーレ社製 一式

(内訳)

ミーレジェットウォッシャーPG8592 本体	60Hz	066-00120	3台
ミーレ PG8592 用架台		066-009-12	3台
ミーレ手術器具用上段ラック (PG8592 用)		066-004-77	3台
ミーレ手術器具用下段ラック (PG8592 用)		066-004-81	3台
ミーレジェットウォッシャーPG8536 本体	60Hz	066-001-18	1台

供給者は、本仕様書に基づき、物品を供給するものとする。

1. 本物品の納入期限は、平成30年 3月30日とする。
2. 物品の納入場所は、国立大学法人大阪大学歯学部附属病院とする。
3. 本調達は、搬入、設置、調整、既設物品の撤去の一切を含むものとする。
4. 本物品の搬入、設置、調整、既設物品の撤去の際に、誤って建物等に損傷を与えた場合は、供給者の責任において修復または弁済を行うものとする。
5. 搬入、設置、調整、既設物品の撤去の際に発生した雑芥の廃棄物は、供給者の責任において適正に処分するものとする。
6. 搬入、設置、調整、既設物品の撤去の日程については、本学職員と協議のうえ定めるものとする。
7. その他詳細については、本学職員と協議するものとする。


設置条件等

- (1) 供給物品は、現在設置機器を撤去のうえ以下の場所に設置すること。


品名	設置場所
ミーレ ジェットウォッシャーPG8592 1式	E棟3階一般歯科総合診療センター
ミーレ ジェットウォッシャーPG8592 1式	A棟2階矯正科
ミーレ ジェットウォッシャーPG8536 1式	E棟1階中央手術室
ミーレ ジェットウォッシャーPG8592 1式	D棟1階予防歯科

- (2) 本物品を、給水・給湯・排水・電気設備と接続すること。
- (3) 既存の洗浄機を撤去し、本学歯学研究科の廃棄物置場まで運搬すること。
- (4) 設置位置等に関しては、別紙更新図のとおり設置すること。

現状図




更新図




記号	品名	品番	重量 (kg)	放熱量 (kcal/h)	機軸寸法		台数	
					W	D		H
—	小型ウォッシュャー・スライフエクター	PG8592 (専業台付)	本体重量: 76 運搬重量: —	300	598	598	835	1
								(1219)



記号	通称
	給水
	排水
	高圧排水
	電源



現状図



更新図



品名	品番	重量 (kg)	放熱量 (kcal/h)	規格寸法	
				W	D H
小型ウォッシュャー・スライフエクター	PG8592 (専用架台付)	本体重量: 78 運搬重量: -	300	598	835 (1219)

記号	種類
△	給水
○	給湯
◎	排水排水
ES	電気

