

仕様書

供給物品の表示 : 高圧蒸気滅菌装置 三浦工業㈱製 RX-24FVW 1式

(内訳)

高圧蒸気滅菌装置	RX-24FVW	1台
フロアローディングカート	RX-24FVW用	2台
漏水検知器セット		1式

供給者は、本仕様書及び別紙図面（既存図・新設図）に基づき、物品を供給するものとする。

1. 本物品の納入期限は、平成31年3月29日とする。
2. 物品の納入場所は、国立大学法人大阪大学歯学部附属病院とする。
3. 本調達には、搬入、設置、調整、既設物品の撤去等の一切を含むものとする。
4. 本物品の搬入、設置、調整、既設物品の撤去の際に、誤って建物等に損傷を与えた場合は、供給者の責任において修復または弁済を行うものとする。
5. 搬入、設置、調整、既設物品の撤去の際に発生した雑芥の廃棄物及び既設物品は、供給者の責任において適正に処分するものとする。
6. 搬入、設置、調整、既設物品の撤去の日程については、本学職員と協議のうえ定めるものとする。
7. その他詳細については、本学職員の指示によるものとする。

設置条件等

- (1) 本物品は、本学歯学部附属病院中央材料室に設置すること。
- (2) 既存高圧蒸気滅菌装置1台を撤去して本物品を設置し、給水・排水・電気設備と接続すること。
- (3) 設置位置等に関しては、別紙図面どおりに設置すること。

