

平成29年度 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部 局 名 等	点 検 日	内 容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	平成29年7月7日～14日(8、9日を除く) 平成30年1月12日～15日(13、14日を除く)	・壁にヘアークラックがあり、パテ充填後、ペイント塗装 ・幅木部分及び壁にひび割れがあり、接着剤及びパテによる充填補修
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成29年9月19日～30日 平成30年3月15日～31日	・施設内天井板及び壁面塗装のクラック補修 ・標識が退色していたため、塗装補修の実施 ・給排気装置のファンベルトの交換
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成29年6月19日、28日、30日 平成29年7月5日 平成29年12月20～21日 平成30年1月4日、25日	異常なし
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成29年9月28日 平成30年3月27日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成29年7月11日～19日 平成30年1月5日～16日	標識の退色のため、補修塗装および退色の著しいものについては交換
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成29年9月6日～7日 平成30年3月6日～9日	・排水処理設備の汲み上げポンプの補修および排水の逆流防止措置 ・希釈槽の導入弁および水位計の修理
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成29年4月25日 平成29年7月3～10日 平成29年10月24日 平成30年1月8～12日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成29年8月16日～22日 平成30年2月13日～20日	異常なし
レーザー科学研究所放射性同位元素等使用施設	平成29年4月14日 平成29年11月29日	・放射線検出器の動作不良のため修理 ・その他、異常なし
放射線科学基盤機構 附属ラジオアイソトープ総合センター (吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成29年5月29日～6月7日 平成29年11月29日～12月6日	退色した標識の張り替え