

## 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	平成23年7月21日～29日 平成24年1月20日～27日	壁、床のひび割れの補修 防火ダンパー修理 水道蛇口交換
医学系研究科第2放射性同位元素使用施設	平成23年9月28日	異常なし
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成23年9月27日～30日 平成24年3月26日～31日	標識の交換 施設内天井板及び壁面塗装のクラックの補修
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成23年6月20日～6月29日 平成24年1月23日～2月2日	標識・掲示の剥離、壁面のひびを補修 壁の亀裂、床面の剥離、標識の破損等を補修予定
歯学研究科放射性同位元素実験室	平成23年8月2日、平成24年2月27日	液シンカウンターの修理、出入り監視装置の修理、屋上排気ファンベルトの交換、給気設備の営繕
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成23年7月10日、平成24年3月26日	異常なし
薬学研究科放射性同位元素実験室	平成23年9月16日、平成24年3月16日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成23年7月13日～平成23年7月25日 平成24年1月13日～平成24年1月23日	異常なし
ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成23年11月14日～平成23年12月8日	異常なし
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成23年5月24日、7月6～13日、9月5～9日、11月22日、1月6～13日	感染症共同RI実験室排水設備の排水ポンプ交換
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成23年8月22日～8月26日、 平成23年12月22日～23日、 平成24年1月10日、 平成24年2月20日～2月24日	異常なし
レーザーエネルギー学研究センター放射性同位元素等使用施設	平成23年4月11日～28日、10月3日～27日	異常なし
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成23年9月26日～平成23年9月29日 平成24年3月2日～平成24年3月6日	管理区域境界の設備交換及び表示の交換