

## 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	2021年9月17日～9月30日 2022年3月16日～3月31日	異常なし
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	令和3年6月15日～令和3年7月2日 令和3年12月15日～令和4年1月19日	異常なし
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	令和3年9月29日 令和4年3月22日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	令和3年7月7日～20日 令和4年1月7日～18日	標識が退色していたため、色の塗り直し及び標識の交換を行った。
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	令和3年9月6日～9月13日 令和4年3月3日～3月15日	排水設備の中央制御装置の制御基板(シーケンサ)が故障し、現在発注中である。なお、ピットに貯まる雨水については検査をして安全を確認した後で下水へ排水するように対応している。このための排水ポンプは設置済である。
微生物病研究所放射性同位元素実験室	令和3年7月5日～7月9日 令和4年1月11日～14日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	令和3年8月16日～8月20日 令和4年2月10日～2月18日	異常なし
レーザー科学研究所放射性同位元素等使用施設	令和3年4月23日～令和3年4月30日 令和3年10月22日～令和3年10月29日	異常なし
附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	【附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射線施設分】 令和3年6月23日～6月30日 令和3年12月1日～12月8日  【医学科放射線施設分】 令和3年7月14日、7月29日 令和4年1月13日、24日	【附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射線施設分】 異常なし  【医学科放射性同位元素使用施設分】 壁にキズ、ひび割れ及びヘアクラックが発生。天井と壁との境目に隙間が発生。シーリング材にて充填補修、必要に応じてビニル塗装を行った。